



Bioscientia MVZ Mainz | Postfach 2805 | D-55016 Mainz

Post

EMAG AG  
Deniz Emekci  
Gerauer Str. 34  
64546 Mörfelden-Walldorf

Konsiliarärzte / Prüfungsleiter  
Dr. med. Martin Geißler  
Facharzt für Laboratoriumsmedizin  
Dr. med. Georg-Christian Zinn  
Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin

Postfach 2605 Wallstraße 3-5  
55016 Mainz 55122 Mainz

Tel. 06131 - 57 60 80  
Fax 06131 - 57 60 844

www.bioscientia.de  
labor-mainz@bioscientia.de

## ■ Prüfbericht

Prüfungsort : Hygienelabor, Konrad-Adenauer-Straße 17, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 781197

Patienten Id-Nr.	Proben-ID-Nr. <b>22.0001521</b>
------------------	------------------------------------

**Emmi-06UVC,**

Auftragsschlüssel	Eingangsdatum	Berichtsdatum	Einsender-Nr.
<b>LMY326G-1</b>	<b>12.10.20/09:24</b>	<b>19.10.20/17:44</b>	<b>K0029520</b>

<b>Endbericht</b>	<b>Seite 1 von 1</b>
-------------------	----------------------

### Untersuchungsmaterial:

Schraube

### Anforderung:

Einmalig

RDG

### Prüfungsbedingungen

Programm:	35°C 10 Min
Abnahmedatum:	19.09.2020
Reinigungsmittel:	asser, UVC-Licht und Ultraschall
Reinigungsgut:	keine Angabe
Temperatur max (°C):	35

### Ergebnisse/Beurteilung

Prüfkörper 1	negativ
Prüfkörper 2	negativ
Prüfkörper 3	negativ
Prüfkörper 4	negativ
Prüfkörper 5	negativ
Prüfkörper Kontrolle	positiv

Bewertung

Kein Wachstum des Bioindikatorkeimes nach 7-tägiger Bebrütung.

validiert durch Dr. Martin Geissler

Die Prüfungsergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Eine Veröffentlichung der BIOSCIENTIA-Laborberichte sowie deren auszugswise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Bioscientia !



**DAkS**

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-13452-05-00

